

## Opis przedmiotu zamówienia

(parametry wymagane podane poniżej)

### Dostawa, instalacja i uruchomienie Stacji do obsługi zdjęć MR

w ilości 1 szt.

Nazwa wykonawcy:

.....

Nazwa urządzenia i typ:

.....

**Producent/ Kraj:**

.....

**Sprzęt fabrycznie nowy / rok produkcji nie starszy niż 2010**

	<b>Parametry wymagane</b>	<b>Parametry oferowane</b>
<b>Stacja diagnostyczna platforma sprzętowa – 1 szt.</b>	TAK Podać nazwę i rodzaj	
Procesor: - zgodny z x86 - ilość rdzeni w strukturze procesora $\geq 2$ - częstotliwość zegara $\geq 3,0$ Ghz - FSB $\geq 1333$ Mhz - cache L2 $\geq 6$ MB - obsługa instrukcji 64-bitowych - System operacyjny klasy Windows obsługujący min 8 GB RAM - Okres gwarancji pożądaný min.3 lata	TAK	
Pamięć RAM $\geq 8192$ MB	TAK	
Monitory Diagnostyczne 2 sztuki sparowane: - czarno-biały, pionowy, LCD - rozdzielczość co najmniej 2 MP - jasność co najmniej 900 cd/m <sup>2</sup> - kontrast co najmniej 700:1	TAK	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- obszar roboczy o przekątnej co najmniej 21,3 cali (21,1 cali)</li> <li>- kąt widzenia minimum 176° pion/poziom</li> <li>- minimum 10 bitów</li> <li>- karta graficzna polecana przez producenta monitorów diagnostycznych</li> <li>- certyfikat 93/42/EEC dla monitorów diagnostycznych</li> </ul>		
Wewnętrzny HDD min 250 GB	TAK	
Gigabitowa karta sieciowa	TAK	
Obudowa typu Desktop		
Monitor LCD min 19'' dla danych RIS	TAK	
Klawiatura / mysz laserowa czarna sześć przycisków	TAK	
<b>Zasilacz awaryjny UPS</b>	TAK	
	Podać nazwę i rodzaj	
Moc pozorna $\geq 700VA$	TAK	
Port komunikacyjny RS232 lub USB	TAK	

.....

miejsowość, data

.....

podpis z pieczętką imienną  
lub czytelny podpis osoby uprawnionej  
do reprezentowania Wykonawcy