



FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

Dotyczy projektu: „Nowe usługi w firmie KROMED” realizowanego w ramach w ramach Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Numer wniosku o dofinansowanie: WND-RPLD.03.02.00-00-119/12

Łódź, dn. 11.06.2015 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. Zamawiający:

Kromed Marek Krochmalski.
ul. Kopernika 38
90-552 Łódź
Regon: 100592517
NIP: 7261675261

2. Tryb postępowania:

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności – z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawa zamówień publicznych* (na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 5) w trybie przetargu z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie.

Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono na stronie internetowej www.kro-med.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. modernizacja pomieszczeń na potrzeby sali operacyjnej zgodnie z dokumentacją projektową
2. zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiącymi wyposażenie sali operacyjnej:
 - stół operacyjny
 - autoklaw
 - miniautoklaw
 - aparat do znieczuleń
 - kolumny z lampami
 - ramię C
 - urządzenia elektroniczne sali
 - system teleradiologiczny

Adres inwestycji – 90-552 Łódź, ul. Kopernika 38



FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

Urządzenia zakupywane w ramach projektu muszą zapewnić parametry określone w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu. Dokumentacja projektowa znajduje się w siedzibie Zamawiającego pod adresem ul. Kopernika 38, 90-552 Łódź i jest udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym do wzięcia udziału w postępowaniu.

W razie wystąpienia wątpliwości związanych z przygotowaniem oferty, oferent może zwrócić się na piśmie lub telefonicznie do zamawiającego o udzielenie stosownych wyjaśnień.

4. Termin realizacji zamówienia:

Oczekiwany termin realizacji zamówienia: do końca września 2015 roku

5. Warunku udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia.
- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi zdolnymi do wykonania zamówienia.
- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom.

6. Sposób przygotowania ofert:

- a) Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu.
- b) Ofertę należy złożyć na wzorze formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu. Formularz ofertowy należy wypełnić w języku polskim w formie pisemnej nieścieralnym atramentem, na maszynie do pisania lub komputerze.
- c) Formularz ofertowy musi być podpisany przez osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta (wraz z ofertą należy przedłożyć właściwe dokumenty rejestrowe).
- d) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Podana w ofercie cena jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

7. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać na adres m.krochmalski@mmcenter.pl, listownie pocztą lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. Kopernika 38, 90-552 Łódź



FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

Termin składania ofert: 26.06.2015

Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu nadsyłania ofert. O fakcie tym powiadomi Oferentów zamieszczając stosowną informację na firmowej stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznym.

8. Kryterium wyboru oferty:

Kryterium wyboru	Znaczenie
Cena	100 %

Kryterium ceny będzie oceniane wg wzoru : $C = C_w / C_r \times 100$

Gdzie: C_w – wartość oferty najkorzystniejszej w zbiorze
 C_r – wartość oferty rozpatrywanej
C – ilość punktów przyznana ofercie

Do oceny przyjmuje się całkowitą cenę zamówienia brutto

Oferty wyrażone w walucie innej niż PLN będą przeliczane za złotówki po kursie średnim NBP z dnia dokonywania wyboru.

9. Informacje dodatkowe:

- Informujemy, że w przypadku, kiedy w terminie wskazanym przez niniejsze ogłoszenie nie wpłynęła żadna oferta, Zamawiający unieważni to postępowanie.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków zamówienia lub unieważnienia postępowania.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na przedmiot zamówienia.
- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
- W razie stwierdzenia nieprawdziwych danych zawartych w przedłożonej ofercie, mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, Zamawiający ma prawo odrzucić daną ofertę.
- Kontakt z Zamawiającym: p. Marek Krochmalski tel. 42 253 19 06, w zakresie realizacji projektu Tadeusz Grzejszczak 42 253 19 06



FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

Dotyczy projektu: „Nowe usługi w firmie KROMED” realizowanego w ramach w ramach Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Numer wniosku o dofinansowanie: WND-RPLD.03.02.00-00-119/12

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu

....., dn. r.

FORMULARZ OFERTY

W imieniu firmy:

.....

.....

(Nazwa, adres siedziby Oferenta, NIP, REGON, dane teleadresowe / ewentualnie czytelna pieczęć)

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.06.2015r

w ramach projektu „Nowe usługi w firmie KROMED” realizowanego w ramach w ramach Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Składam(y) niniejszą ofertę na następujących warunkach:

1. Oferuję realizację zamówienia za kwotę:

Rodzaj zakupu	Cena netto	Podatek VAT	Cena brutto
modernizacja pomieszczeń na potrzeby sali operacyjnej			
stół operacyjny			
autoklaw			
miniautoklaw			
aparat do znieczuleń			



FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

kolumny z lampami			
ramię C			
urządzenia elektroniczne sali			
system teleradiologiczny			

2. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz akceptuję warunki w nim zawarte.
3. Oświadczam, iż posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia.
4. Oświadczam, iż posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Gwarancja na wykonane prace/urządzenia wynosi miesięcy.
7. Termin ważności oferty: 60 dni od upływu terminu składania oferty
8. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Załączniki do oferty:
 - a. Aktualny wypis z KRS/EDG ważny na 6 miesiące od daty składania oferty
 - b.

.....
(Miejscowość, data)

.....
(podpis czytelny i pieczęć)



FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

Dotyczy projektu: „Nowe usługi w firmie KROMED” realizowanego w ramach w ramach Osi priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Numer wniosku o dofinansowanie: WND-RPLD.03.02.00-00-119/12

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

1. modernizacja pomieszczeń na potrzeby sali operacyjnej

zgodnie z dokumentacją projektową dostępną w siedzibie Zamawiającego pod adresem ul. Kopernika 38, 90-552 Łódź

2. stół operacyjny

Parametry minimalne :

- stół operacyjny mobilny
- regulowana wysokość blatu w zakresie min. 600 – 1 100 mm,
- przezierność blatu umożliwiająca zastosowanie w trakcie zabiegu aparatu RTG z ramieniem „C”,
- zasilanie akumulatorowe pozwalające na przeprowadzenie min. 6 h zabiegu,
- przesuw wzdłużny min. 400 mm,
- maksymalne obciążenie robocze stołu we wszystkich pozycjach min. 350 kg.

3. autoklaw

Parametry minimalne :

- komora prostopadłościenna wykonana ze stali nierdzewnej 316L.
- przód sterylizatora powinien zawierać panel serwisowy zapewniający dogodny dostęp do systemu przewodów w trakcie wizyt serwisowych i gwarancyjnych
- 5 programów sterylizacji charakteryzujące się zaawansowanym systemem oszczędności wody i energii
- sterowanie mikroprocesorowe wyposażony w panel LCD
- wbudowana drukarka parametrów sterylizacji
- oprogramowanie do monitorowania , rejestracji i archiwizacji parametrów poszczególnych procesów sterylizacji

4. miniautoklaw

Parametry minimalne :

- autoklaw kasetowy,
- szybki cykl sterylizacyjny max. 10 min dla narzędzi nieopakowanych,



FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

- prosta konstrukcja ułatwiająca serwis i obsługę okresową,
- zgodność z normą EN13060 w zakresie sterylizacji wsadów typu A i B,
- pojemność użytkowa min. 5 l,
- cykle sterylizacyjne min. 3 programy,
- waga max. 40 kg.

5. aparat do znieczuleń

Parametry minimalne :

- zasilanie 230 VAC
- 24 VDC, 120 min pracy – awaryjne akumulatorowe
- 4 gniazda 230 VAC do podłączania urządzeń peryferyjnych
- zasilanie gazowe O₂, N₂O, AIR z centrali lub z butli
- nagły dopływ by-pas
- przeznaczony do znieczuleń noworodków dzieci i pacjentów dorosłych
- możliwość stosowania układów zamkniętych, półzamkniętych i półotwartych
- respirator anestezjologiczny z kolorowym ekranem LCD
- monitorowanie liczbowe parametry spirometryczne
- monitorowanie liczbowe parametry gazowe

6. kolumny z lampami

Parametry minimalne :

- wyposażone w gniazda elektryczne
- wyposażone w gniazda teleinformatyczne
- wyposażone w systemy alarmowe
- wyposażone w punkty poboru gazów medycznych
- wykonane ze specjalnie wytłaczanych anodowanych profili aluminiowych
- stabilizacja kolumn w wymaganej pozycji za pomocą hamulców cierniowych lub pneumatycznych
- możliwość mocowania lamp bezcieniowych z możliwością ich niezależnego poruszania w zakresie 360°
- lampa operacyjna dwuczaszowa z kamerą umożliwiającą nagrywanie i archiwizację zabiegów operacyjnych
- natężenie oświetlenia zawierać się ma w granicach: 125 000 lux dla czaszy głównej oraz 75 000 lux dla czaszy pomocniczej
- temperatura barwowa światła miń 4300 ± 300 K

7. ramię C

Parametry minimalne :

- funkcja cyfrowej obróbki obrazu - DIS (Digital Imaging System)
- generator wysokiej częstotliwości 40kHz, wyposażony w kamerę 1 mega Piksela (1K x 1 K) oraz mechanizm przetwarzania obrazu
- dwa monitory medyczne min LCD TFT 19" o rozdzielczości 1000 cd/m²
- przechowywane obrazy DICOM 3.0 dzięki DIS dostępnych w systemie PACS



FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

- funkcjonalność SIS (Smart Image System) – inteligentny system obrazu
- dynamiczny filtr rekursywny,
- tryb APR dla radiografii
- możliwość wstępnych ustawień jasności i kontrastu oraz poprawianie konturów
- redukcja promieniowania z systemem redukcji dawki (DMS-Dose Managing System)
- kamera o wysokiej rozdzielczości 1K x 1K z migawką
- szeroka rotacja ramienia C – 135° z dużą odległością SID

8. urządzenia elektroniczne Sali

Parametry minimalne :

System wentylacji składający się z

- strop laminarny szt 1
- nawiewniki z filtrem absolutnym CMNA szt 6
- łapacz ligniny szt 4
- moduł recyrkulacyjny szt 2
- szafa klimatyzacyjna szt 1
- kanały i kształtki kpl
- tłumik kanałowy szt 2
- przepustnice i regulatory po 2 szt

Czystość powietrza powinna spełniać następujące kryteria

- maksymalnie 70 jtk/m³ (I klasa czystości)
- czystość pyłowa ISO klasa5

9. system teleradiologiczny

Parametry minimalne :

- oprogramowanie do archiwizacji obrazów medycznych klasy PACS (picture archiving and communication system)
- system składający się z oprogramowania oraz dedykowanego do niego sprzętu (komputera lub klastra pełniącego rolę serwera)
- oprogramowanie charakteryzujące się szeroką paletą urządzeń oraz formatów obrazów
- polski interfejs użytkownika
- system dystrybucji obrazów uruchamiany za pomocą przeglądarki internetowej
- przesyłanie obrazów w formacie DICOM 3.0
- komunikacja z innymi systemami w formacie DICOM
- system klasy RIS (radiologiczny system informatyczny) funkcja rejestracji, technik, lekarz, sekretariat, administracja
- uniwersalna przeglądarka obrazów medycznych do obsługi obrazów cyfrowych